



PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
Warszawa, ul. Elektoralna 2

Warszawa, 1999-08-18

DECYZJA NR L 2/99

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248 z późniejszymi zmianami) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 listopada 1998 r., nr 121198-10.A1, zgłoszonego przez Przedsiębiorstwo Elektroniki Profesjonalnej ALFINE s.c., ul. Gronowa 22, 61-680 Poznań i stwierdzeniu, że metody sprawdzania liczników do cieczy w przewodach otwartych stosowane podczas kontroli metrologicznej przez Mess-und Eichwesen Niedersachsen-Landesbetrieb-Betriebsstelle Eichamt Göttingen i tryb dokumentowania wyników są zgodne z wymaganiami administracji miar Rzeczypospolitej Polskiej

UZNAJĘ KONTROLĘ METROLOGICZNĄ
za równoważną uwierzytelnieniu, potwierdzoną świadectwem sprawdzenia oraz
cechami uwierzytelnienia o wzorach



99

(cecha urzędu)

(cecha roczna, przykładowo 99 r.)

nakładanymi przez niemiecką administrację miar na licznikach do cieczy w przewodach otwartych o znaku fabrycznym PARTI-MAG, produkcji Bailey-Fischer & Porter GmbH, Dransfelder Straße 2, 37079 Göttingen, Niemcy. Cechy niemieckiego urzędu miar są nakładane na:

- tabliczce znamionowej przelicznika - 1 cecha,
- tabliczce znamionowej czujnika objętości - 1 cecha.

Liczniki do cieczy w przewodach otwartych oznaczone uznanymi w decyzji cechami mogą być wprowadzone do obrotu lub użytkowania do dnia **31 grudnia 2004 r.**

Od decyzji niniejszej służy stronie wniosek do Prezesa Głównego Urzędu Miar o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dnia od dnia jej doręczenia.




Krzysztof Mordziński